CIDEX® OPA

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL

RÁPIDO.
CONFIABLE. COMPROBADO.

CIDEX® OPA (0.55% Ortoftalaldehido) es un desinfectante de alto nivel para reprocesamiento manual o automático de endoscopios flexibles y otros dispositivos médicos. Se ha demostrado que **CIDEX® OPA** elimina bacterias, virus y hongos y es una solución segura que protege a los pacientes y usuarios, respaldada en trabajos científicos y la calidad de los productos de ASP.

RÁPIDO

- Desinfección de Alto Nivel en 5 minutos en endoscopios e instrumentos médicos
- Fácil de usar, no necesita activación o dilución

CONFIABLE

- Manufacturado con los más altos estándares de calidad
- Baja presión de vapor para reducir el riesgo de inhalación por vaporización en los pacientes o profesionales de la salud
- Nivel de pH casi neutro que no es abrasivo con sus endoscopios e instrumentos delicados

COMPROBADO

- Numerosos estudios comprueban la efectividad de CIDEX® OPA contra un amplio espectro de microorganismos[1,2]
- Ha sido probado y avalado para ser usado como desinfectante de alto nivel en los endoscopios más utilizados[3,4]

Uso recomendado en conjunto con CIDEZYME® XTRA o CIDEZYME®

1.Fraud S, Maillard J, Russell A. Comparison of the mycobactericidal activity of ortho-phthalaldehyde, glutaraldehyde and other dialdehydes by aquantitative suspension test. J Hosp Infect. 2001;48:214-221. **2.** Gregory A W. The mycobactericidal efficacy of OPA and the comparative resistances of M bovis, M. terrae and M. chelonae. Inf. Control Hosp. Epidemiol 1999;20:324-330. **3.** Rutala W, Weber D. Disinfection of Endoscopes: Review of new chemical sterilants used for high-level disinfection. Infect Control Hosp Epidemiol. 1999;20:69–76.**4.** Hession SM. Endoscope disinfection by ortho-phthalahyde in a clinical setting: an evaluation of processing time and costs compared with glutaraldehyde. Poster presented at: Society of Gastroenterology Nurses and Associates; May 19-23, 2001; Tampa, FL.

©Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produtos para Saúde Ltda., 2012. Impreso en: 09/12. Distribuido de 09/12 a 09/15.

LA-ASP4367 - versión 1 - 2012

CIDEX® OPA

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL

agenciaAKM.com.br

CIDEX® OPA es un desinfectante de alto nivel listo para ser usado, que le permite incrementar la productividad de sus instrumentos por su rápida acción desinfectante. Con **CIDEX® OPA** puede medir el poder efectivo de la solución con sus **Tiras Indicadoras CIDEX® OPA**.

PONGA A PRUEBA LOS BENEFICIOS

- Desinfección de Alto Nivel en 5 minutos
- No requiere activación o dilución
- Tiras indicadoras para medir la concentración mínima efectiva
- Efectivo en bacterias resistentes al Glutaraldehido[1, 2]
- pH casi neutro
- Baja presión de vapor

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTENIDO
20391	CIDEX® OPA	1 galón (3.78 litros)
20392	Tiras Indicadoras CIDEX® OPA	2 frascos (60 tiras/cu)
20393	Tiras Indicadoras CIDEX® OPA	2 frascos (15 tiras/cu)

Pruebas Microbicidas

	CONDICIONES/ANÁLISIS FDA	CONDICIONES/ANÁLISIS CE (MDD Clase IIa)
TIPO DE PRUEBA	Pruebas con CIDEX®OPA reutilizada, diluida a concentración mínima efectiva (CME)	
Bactericida	Prueba AOAC de uso-dilución: *S. aureus, Salmonella choleraesuis, P. aeruginosa.* Bactericida en 5 minutos a 20ºC	
Tuberculocida	*M. bovis* a 10^6, en suero, inoculado en endoscopios, seco y sin lavar. Reducción de 6 logaritmos en 12 minutos a 20ºC FDA 510 (K): K991487. Reducción de 6 logaritmos en 5 minutos en AER a 25ºC FDA 510 (K): k03004	*M. bovis* **a 10^6, en suspensión; prueba cuantitativa. Reducción de 5 logaritmos en 5 minutos a 20ºC.**
Fungicida	Método AOAC con *Trichophyton Mentagrophytes* Fungicida en 5 minutos a 20ºC	
Virucida	Método EPA de ensayo virucida Adeno 2, Cosakie B-3, Cytomegalovirus, Herpes Simplex (1 y 2), H1V-1, Coronavirus Humano, Influenza, (A Hong Kong), Polio 1, Rhinovirus Tipo 42, Vaccinia Virucida en 5 minutos a 20ºC	

Compatibilidad de Materiales

CIDEX® OPA ha sido probado en un amplio rango de materiales que son comunes en endoscopios incluyendo: aluminio, cobre, bronce, poliuretano, plásticos, elastómeros, adhesivos.

Compatibilidad con otros productos

- CIDEZYME® XTRA - Detergente Multienzimático
- ENDOCLENS-NSX™ - Reprocesador Automático de Endoscopios
- CIDEZYME® - Detergente Enzimático
- CIDEX® Bandejas - Reprocesamiento Manual

Estabilidad

- Vida Útil: Hasta 14 días
- Vida en Almacén: 2 años
- Temperatura de Almacenamiento: 15-30°C
- Envase una vez abierto: 75 días

Utilice siempre su equipo de protección personal y refiérase al manual de usuario

Para mayor información contacte a su representante de ventas o educador ASP

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS

PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

En Colombia: Johnson & Johnson de Colombia S.A. Calle 94A No 13-72. Bogota D.C. - Colombia. **En Costa Rica:** Johnson & Johnson de Costa Rica, S.A. Oficentro La Virgen, Edificio B, Oficina 01. San José, Costa Rica. **En Guatemala:** Johnson & Johnson Guatemala, S.A. 26 Avenida 5-90 Zona 11. Plaza Vía Majadas, 2do. Nivel Local No. 201. Parque Comercial Las Majadas Guatemala Ciudad 01011 - Guatemala - Guatemala. **En Panamá:** Johnson & Johnson Panamá S.A. Costa del Este, Business park Torre Sur Piso 1. **En Puerto Rico:** Johnson & Johnson Medical Caribbean. Suite 200. Street C #475. Guaynabo, PR 00969. **En Republica Dominicana:** Johnson & Johnson Republica Dominicana. Ave. John Kennedy #10. Edificio Perellano y Herrera. 3er. Piso, Sector Miraflores. Santo Domingo, Republica Dominicana. **En Venezuela:** Johnson & Johnson Medical, S.C.S. Avd. Rómulo Gallegos - Edf. Johnson & Johnson, Piso 8. Los Dos Caminos - 1071. Caracas, Venezuela. ©Johnson & Johnson do Brasil Ind. e Com. de Produtos para Saúde Ltda., 2012. Impreso en: 09/12. Distribuido de 09/12 a 09/15. LA ASP4367 - versión 1 - 2012